



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD BADANIA ŻYWNOŚCI I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU
DEPARTMENT OF FOOD AND CONSUMER ARTICLES RESEARCH

24 Chocimska Street 00-791 Warsaw • Phone (48-22) 54-21-400 (48-22) 849-74-45 • Fax (48-22) 646-11-38

Warszawa, dnia 08.10.2002 r.

Ś W I A D E C T W O nr HŻ/12658/02

Zakład Elektroniki Pomiarowej
TECHMAG
ul. Sowińskiego 3
44-121 GLIWICE

Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku PZH uprzejmie zawiadamia, że na podstawie otrzymanej dokumentacji nie zgłasza zastrzeżeń do jakości zdrowotnej nw. wyrobu produkcji Zakładu Elektroniki Pomiarowej TECHMAG:

przepływomierz elektromagnetyczny FM-300

którego elementy bezpośrednio kontaktujące się z żywnością (wewnętrzna część głowicy) powlekane są powłoką nieprzywieralną typu PTFE oraz wykonane są ze stali kwasoodpornej gatunek 1H18N9T (elektrody pomiarowe).

Ww. urządzenie może być stosowane zgodnie z przeznaczeniem do pomiaru przepływu cieczy spożywczej w instalacjach rurociągowych, pod warunkiem braku niekorzystnego wpływu na cechy organoleptyczne przetwarzanych produktów.

Niniejsza opinia nie dotyczy cech użytkowych ww. urządzenia oraz warunków spełniania wymagań w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego.

Producent ww. urządzenia powinien dysponować dokumentacją potwierdzającą spełnianie wymagań w zakresie parametrów jakości zdrowotnej.

1 załącznik - faktura VAT

Do wiadomości:
WSSE - Katowice

KIEROWNIK ZAKŁADU
Badania Żywności i Przedmiotów Użytku


doc. dr hab. Kazimierz Karłowski